



## INSTRUCCIONES DE USO PARA CATÉTERES MANOMÉTRICOS PERFUSADOS CON AGUA Y / O BAROSTATO DE PVC DE UN SOLO USO

- Este catéter está diseñado para **un solo uso**. Los intentos de reprocesar, reesterilizar y / o reutilizar pueden provocar fallas en el dispositivo y / o contaminación cruzada.
- Inspeccione el catéter y el empaque en busca de evidencia de daños mecánicos o imperfecciones. **NO LO UTILICE SI ESTÁ DAÑADO.**
- **No use** lubricantes a base de silicona en este catéter si tiene un globo.
- Este catéter solo debe ser utilizado bajo supervisión médica por personal que haya sido adecuadamente capacitado en intubación gastrointestinal segura y en la realización de mediciones de perfusión manométricas y / o mediciones de baróstato.
- Los catéteres manométricos posteriores al procedimiento están contaminados con líquido corporal. Deseche inmediatamente el dispositivo para evitar la reutilización
- El período de conservación y la vida útil del catéter manométrico y / o baróstato de PVC de un solo uso es de 2 años para el catéter con globo y 3 años para catéter sin globo.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y limpio.  
Temperatura: 15 ° C - 30 ° C (60.8 ° F - 80.6 ° F)  
Humedad relativa: 10% - 75%

Garantía del fabricante: 6 meses a partir de la fecha de compra de Mui Scientific por cualquier defecto del fabricante.

**MUI SCIENTIFIC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL CATÉTER, O DAÑO A LOS PACIENTES O AL PERSONAL, CAUSADO POR EL USO INCORRECTO.**



Made in  
Canada



Representante autorizado en la UE: Advena Ltd.  
Tower Business Center, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

Fecha de edición: 24 de febrero de 2020



## INSTRUCCIONES DE USO PARA CATÉTERES MANOMÉTRICOS PERFUSADOS CON AGUA Y / O BAROSTATO DE PVC DE UN SOLO USO

- Este catéter está diseñado para **un solo uso**. Los intentos de reprocesar, reesterilizar y / o reutilizar pueden provocar fallas en el dispositivo y / o contaminación cruzada.
- Inspeccione el catéter y el empaque en busca de evidencia de daños mecánicos o imperfecciones. **NO LO UTILICE SI ESTÁ DAÑADO.**
- **No use** lubricantes a base de silicona en este catéter si tiene un globo.
- Este catéter solo debe ser utilizado bajo supervisión médica por personal que haya sido adecuadamente capacitado en intubación gastrointestinal segura y en la realización de mediciones de perfusión manométricas y / o mediciones de baróstato.
- Los catéteres manométricos posteriores al procedimiento están contaminados con líquido corporal. Deseche inmediatamente el dispositivo para evitar la reutilización
- El período de conservación y la vida útil del catéter manométrico y / o baróstato de PVC de un solo uso es de 2 años para el catéter con globo y 3 años para catéter sin globo.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y limpio.  
Temperatura: 15 ° C - 30 ° C (60.8 ° F - 80.6 ° F)  
Humedad relativa: 10% - 75%

Garantía del fabricante: 6 meses a partir de la fecha de compra de Mui Scientific por cualquier defecto del fabricante.

**MUI SCIENTIFIC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL CATÉTER, O DAÑO A LOS PACIENTES O AL PERSONAL, CAUSADO POR EL USO INCORRECTO.**



Made in  
Canada



Representante autorizado en la UE: Advena Ltd.  
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

Fecha de edición: 24 de febrero de 2020